

2024年8月7日

〒183-0033 東京都府中市分梅町 3-61-7
TEL:042-319-0281 FAX:042-319-0282
株式会社 TOKIO Lab

弊社製品「SUUPY」シリーズの 安全性に関するご案内

平素より弊社製品をご愛顧賜り、誠にありがとうございます。

昨今、他社製の電動式可搬型吸引器において、窒息やけがなどの事故につながる可能性があるとの報道が一部でなされております。

これを受け、お客様より弊社製品に関するお問い合わせをいただいておりますため、以下の通りご案内申し上げます。

弊社製品「SUUPY」シリーズは、形状および構造が報道対象製品とは大きく異なっており、同様の問題はございません。

真空ポンプメーカーとしての長年の技術と経験を活かし、空気の流れを確保する安全設計を採用しております。

また、各種安全基準を満たしており、安心してご使用いただける製品です。

加えて、弊社の「乳幼児用鼻水キャッチャー」に関しましても、中央のセパレーターが一体型かつ大きな形状となっており、仮に蓋を装着せずに使用された場合でも密閉吸引が起こらない仕様となっております。



なお、弊社は過去にピジョン社の「ピジョン電動鼻吸い器」型式：TP-100の製造委託を受け製造を担当しておりましたが、現在報道されている製品とは型式・構造ともに異なるものであり、報道にて言及されている対象製品には該当いたしません。

※現在弊社での TP-100 の製造は終了しております。

製品情報：

- JANコード：4902508151719
- 製品コード：1007739、1023567、1026193

※以下の製品は対象外です

製品名	電動鼻吸い器
JANコード	4902508151719
製品コード	1007739, 1023567, 1026193
製品写真	×対象外 

※本情報はピジョン株式会社のサイトより引用しています。

今後も、皆様に安心してご使用いただける製品づくりに努めてまいります。
引き続き、弊社製品をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

敬具